

# LQDIA LDL CHO(체외진단 의료기기)




## ● 사용목적

본 제품은 사람의 혈청에서 LDL-CHO(Low density lipoprotein cholesterol) 농도를 효소반응 및 UV-Rate법으로 정량하는 체외진단분석기용 시약입니다.

## ● 사용방법

### (1) 검사 원리

검체의 총 콜레스테롤 중 HDL,VLDL,Chylomicron(C.M)을 계면활성제와 효소의 작용으로 먼저 소거시킵니다. 다음 단계에서 LDL-콜레스테롤을 계면활성제를 이용하여 선택적으로 용해시킵니다. 용해된 LDL-콜레스테롤은 Cholesterol Esterase (CES)와 Cholesterol Oxidase(COD)의 작용으로 과산화수소를 생성합니다. 생성된 과산화수소는 퍼옥시다제(POD)의 존재하에 4-AAP와 정색반응을 일으킵니다. 이를 비색 측정(측정파장: 주파장: 605nm, 부파장: 700nm)하여 LDL-콜레스테롤량을 구합니다.



### (2) 검사 준비 및 저장방법(검체의 저장방법)

- 1) 검체는 정상적인 정맥 혈청에서 분리한 혈청을 사용합니다.
- 2) 검체의 보존은 동결하지 말고 4°C에 보관합니다. 될 수 있는 한 빨리 검사 하는 것이 바람직합니다.

### (3) 검사 전 준비과정

- 1) 해당 장비의 준비과정  
BS-380(서울 수신 09-453호) 장비에 사용을 권장합니다.
- 2) 시약  
시약의 조제가 필요 없고 R-1, R-2 모두 그대로 사용합니다.
- 3) 별도판매구성품  
AUTO HDL·LDL 전용 표준혈청은 사용자 설명서를 보고합니다.

### (4) 검사과정

#### 1) 체외진단의료기기를 이용한 방법

- ① BS-380(서울 수신 09-453호)장비에 준비된 본 품의 파라미터 입력 확인 후 검체 2.1 $\mu\text{l}$ 가 자동적으로 채취되고, 다음 사용액 R-1 210 $\mu\text{l}$ , R-2 70 $\mu\text{l}$ 가 자동 유입되어 반응합니다. 이어서 주파장 605nm, 부파장 700nm에서 흡광도가 측정 됩니다.

### (5) 결과판정

- 1) 용법 및 용량은 자동분석기용 기기에 따라 다르므로, 자세한 용법 및 용량은 각 분석기마다 구비된 Parameter를 이용합니다.
- 2) 사전에 설정된 농도 또는 활성치 환산기능에 의해 검체의 LDL CHO 농도를 구합니다.

#### 3) 정상 참고치 : 140 mg/dL 이하

환자군 및 특정 임상상태에 따라 크게 달라집니다.

### (6) 검사의 한계점

- 1) 식이의 영향을 받기 쉬우므로 10~12시간 공복 후 채혈 합니다.
- 2) 약물, 급성질환의 영향 또는 생리적인 변동이 있습니다.
- 3) 측정결과에 기초한 임상진단은 임상증상과 다른 검사결과들과 종합하여 담당의사가 종합적으로 판단하여 주십시오.

### (7) 정도관리

정도관리를 실시할 때는 타사에서 판매하는 Bio-Rad Lyphochek 1, Lyphochek 2, Liquichek 2(Lipids control)사용하여 실시합니다. 전용 STD인 Auto HDL LDL 표준혈청으로 (User calibration) 후에 표준곡선 (calibration curve)을 점검하기 위해서 매회 수행하고, 정도관리를 위한 정도관리 검체의 데이터가 저장됩니다. 정도관리는 검체 결과의 유효성 보장을 위해서 필수적입니다.

## ● 보관조건 및 사용기간

개봉여부	보관조건	사용기간
미개봉	2-10°C	제조 후 12개월
개봉	2-10°C	개봉 후 1개월

## ● 원재료(성분 또는 특징)

(1) LDL-CHO R1 (효소시액)	CholesterolEsterase ..... 0.8KU/L
	CholesterolOxidase ..... 1.4KU/L
(2) LDL-CHO R2 (정색시액)	ESPT ..... 적량

### (3) 제품의 특징

- 1) 액상 시약으로 시약의 조제가 필요 없습니다.
- 2) 재현성이 양호 합니다.
- 3) 공준물질의 영향이 없습니다.

## ● 성능

- (1) 감도 : 정제수를 시료로 해서 조작한 경우 시약블랭크의 흡광도는 0.100이하입니다.
- (2) 재현성 : 관리혈청을 10회 이상 동시 측정 시 CV는 5% 이내입니다.
- (3) 직선성 : 직선성은 700mg/dL까지입니다.
- (4) 특이성 : 기지농도의 관리혈청을 측정 할 때 농도는 100 ± 10% 이내입니다.

## ● 사용상의 주의사항 및 폐기 방법

1. 체외진단용으로만 사용합니다.
2. 본 품은 효소를 함유하고 있으므로 반드시 냉장(2~10°C) 보존해 주십시오.
3. 사용기간이 경과한 시약이나 동결된 시약은 품질이 변화되어 정확한 결과를 얻을 수 없으므로 사용하지 마십시오.
4. 자동분석기 적용 시에는 장비의 사용설명서를 참조하여 주십시오.
5. 검체는 간염바이러스나 HIV등의 병원체에 오염이 되는 경우가 있으므로 취급 시 주의하여 주십시오.
6. 표준물질은 ASAN Auto HDL-CHO 표준혈청을 필히 사용하여 주십시오. 표준혈청은 HBs항원, HIV항체 및 HCV항체가 음성인 것이 확인된 제품입니다만, 사용 시 감염의 위험성이 있을 수 있으므로 일반 검체와 동일한 방법으로 충분히 주의하여 사용하여 주십시오.
7. 시약이 잘못해서 눈이나 입으로 들어갔을 경우나 피부에 닿았을 경우에는 물로 충분히 씻어서 흐르게 하는 등의 응급처치를 하고 필요시 의사의 치료를 받아주십시오.
8. 사용 후 폐액은 폐기물에 관한 규정에 따라 의료폐기물 또는 산업폐기물 등으로 구분하여 처리해 주십시오.
9. 검체에 따라서는 검체중의 목적성분 이외에서 저해반응을 일으키는 경우가 있습니다. 측정치나 측정결과에 의문이 있는 경우에는 재검사나 희석재검사를 통해 확인하여 주십시오.

## ● 다른 의료기기와 결합하여 사용하는 기종

- HITACHI 기종: HITACHI series - 7020, 7060, 7150, 7170, 7180, 7080, 747, 7600, 7250 etc.
- TOSHIBA 기종: TBA series - 20, 30, 40, 80, 120, 200FR, 80-NEO2 etc.
- OLYMPUS 기종 : Olympus series - 400, 510, 560, 600, 640, 800, 1000, 2700, AU5400 Reply.
- SHIMADZU 기종 : CL series - 7000, 7100, 7200, 7300, etc.
- MINDRAY 기종 : BS-200, BS-220, BS-300, BS-380 etc.

## ● 작성 및 개정연월일

작성연월일 : 2014년 02월 05일 개정연월일 : 2025년 08월 11일

## ● 포장규격(시약구성내용)

LQDIA LDL CHO (직접법)	730-204	R-1	효소시액	180mL×3
		R-2	정색시액	100mL×3
	702-204	R-1	효소시액	80mL×4
		R-2	정색시액	40mL×4
	S702-204	R-1	효소시액	45mL×2
		R-2	정색시액	15mL×2
	MS702-204	R-1	효소시액	40mL×4
		R-2	정색시액	18mL×4

## ● 교환 및 반품

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품 등은 교환하여 드립니다. 연락처 : 02-3290-5700(대표)/Fax: 02-3290-5750 부작용 보고 관련 문의처 (한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)