

# Asan LQDIA Multi Control(체외진단 의료기기)

● **사용목적**

본 품은 Asan LQDIA Apolipoprotein A1 시약과 Asan LQDIA Apolipoprotein B 시약의 정도관리용으로 사용하는 시약.

● **사용방법**

- 1) 본 품 1병에 증류수를 정확히 5mL가하여 30분간 실온에 방치한 후, 천천히 전도 혼합하여 용해하여 주십시오.  
(흔들어 용해하지 말 것.)
- 2) 사용 전 잘 혼합하여 사용하십시오.
- 3) 본 품은 용해, 복원 후 냉장보존(2~8°C)에서 7일간, -20°C이하에서 1회 동결 보존하여 보존 시 30일간 안정합니다.

● **역가**

- 1) Lot.별로 각 vial의 라벨에 표기되어 있으며, Lot.간에 차이가 있습니다.

● **보관조건 및 사용기한**

개봉여부	보관조건	유효기간
미개봉	냉장(2~8°C)	제조 후 18개월
개봉	냉장(2~8°C)	개봉 후 1주
	냉동(-20°C, 1회 동결)	개봉 후 4주

● **사용상의 주의사항**

- 1) 본 품은 체외진단용으로만 사용해주시십시오.
- 2) 본 품은 보관 조건에 따라 보관하고, 사용기한이 경과하였거나 잘못 동결한 경우에는 사용하지 말아 주십시오.
- 3) 본 품은 HBs항원, HIV항체 및 HCV항체가 음성으로 확인된 제품이지만,  
사용 시 감염의 위험성이 있을 수 있으므로 일반 검체와 동일한 방법으로 충분히 주의하여 사용하여 주십시오.
- 4) 당사의 측정용 시약의 사용방법은 의료기기 제인 19-4586호와 제인 19-4584호를 참조하여 주십시오.

● **작성 및 개정연월일**

작성연월일 : 2016년08월29일      개정연월일 : 2019년05월30일

● **포장단위(시약 구성 내용)**

제 품 명	고유번호	품목류명	규 격
Asan LQDIA Multi Control 1	CT6381-K	관리혈청	5mL x 1
Asan LQDIA Multi Control 2	CT6381-K	관리혈청	5mL x 1

● **교환 및 반품**

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품 등은 교환하여 드립니다.

연락처 : 02-3290-5700(대표)/Fax: 02-3290-5750